



Kit de 20 compresses de gaze stériles panachées

■ Gamme Armoires & Kits

FARMOR est enregistré auprès de l'EUDAMED en tant qu'assembleur sous le numéro FR-PR-000017815

Adresse :

ZA des Pierrelets
38 Avenue des Pierrelets
45380 CHAINGY

KIT 8002 CS

ATTESTATION

FARMOR déclare que l'assemblage du Kit de 20 compresses de gaze stériles panachées, référence KIT 8002 CS dont la composition est détaillée ci-dessous :

CONTENU

10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm	CLASSE I (S)
10 compresses stériles individuelles 30 cm x 30 cm	CLASSE I (S)

Remplit toutes les exigences de l'article 12 de la directive sur les dispositifs médicaux 2017/745 et de l'article R5211-67 du code de la santé publique.

Nous certifions :

- Avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs conformément aux instructions des fabricants et les avoir assemblés en suivant leurs instructions ;
- Avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire et fourni aux utilisateurs des informations reprenant les instructions pertinentes des fabricants ;
- Avoir réalisé l'ensemble de ces opérations selon des méthodes appropriées.

Fait à Chaingy, le 24/03/2025

Cette déclaration est tenue à la disposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pendant une période de 5 ans.